

# Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	Shalon Fios Cirurgicos Ltda
CNPJ	33.348.467/0001-86
Autorização	1.02.434-1
Produto	KIT CESÁREA COM SINTÉTICO ABSORVÍVEL - SHALON

Modelo Produto Médico
Apresentação Comercial: NYLON 4-0 AGULHA CTI 3/8 CIRC. TRG. 2,4CM 75 CM - Contém 1 fio de sutura em cada envelope; ÁCIDO POLIGLICÓLICO 2-0 MR 1/2 CIRC. CIL. 3,5CM 90CM - Contém 3 fios de sutura em cada envelope; ÁCIDO POLIGLICÓLICO 0 MR 1/2 CIRC. CIL. 4,0CM 90CM - Contém 2 fios de sutura em cada envelope.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
<i>[sem dados cadastrados]</i>		

Nome Técnico	Fio de Sutura
Registro	10243410038
Processo	25351445640201604
Fabricante Legal	Shalon Fios Cirurgicos Ltda
Classificação de Risco	IV - MÁXIMO RISCO
Vencimento do Registro	15/01/2028